



ALTER SA
ul. Pocztowa 13
PL 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 8146-290, 8147-149
www.altersa.pl, e-mail: alter@altersa.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr UE/01/2018



Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa wyrobu: **Przenośny miernik gazów**

Typ: **GasHunter II**

Wymieniony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- Normy:
 - PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03,
 - PN-EN 60079-1:2014:12,
 - PN-EN 60079-11:2012
 - PN-EN 60079-29-1:2010,
 - PN-EN 50104:2011,
 - PN-EN 45544-1:2004,
 - PN-EN 45544-2:2004,
 - PN-EN 45544-3:2004,
 - PN-EN 50271:2011,
 - PN-EN 50270:2015-04

Wyrób otrzymał certyfikat badania typu UE nr: **KDB 17ATEX0040**, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453 (KD „Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów).
Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001:2015, który nadzorowany jest przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453.
Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało cechą:



II 2G Ex db ia IIC T4 Gb



PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Wasielewski

Tarnowo Podgórne, 30.04.2018r

.....
Grzegorz Wasielewski
Prezes Zarządu