



**ALTER SA**

ul. Poczтовая 13

PL 62-080 Tarnowo Podgórne

tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 061 8146-290, 061 8147-149

[www.altersa.pl](http://www.altersa.pl), e-mail: [alter@altersa.pl](mailto:alter@altersa.pl)



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr UE/02/2016



Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa wyrobu: **Przenośny miernik gazów**

Typ: **GasHunter**

Wymieniony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- Normy:
  - PN-EN 60079-0:2013-3/A11: 2014-03,
  - PN-EN 60079-1:2010,
  - PN-EN 60079-11:2012
  - PN-EN 60079-29-1:2010,
  - PN-EN 50104:2011,
  - PN-EN 45544-1:2004,
  - PN-EN 45544-2:2004,
  - PN-EN 45544-3:2004,
  - PN-EN 50271:2011,
  - PN-EN 50270:2007

Wyrób otrzymał certyfikat badania typu WE nr: **KDB 04ATEX001X**, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453 (KD „Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów).

Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001: 2009, który nadzorowany jest przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453.

Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało cechą:



**II 2G Ex i<sub>a</sub> d IIC T4**



Tarnowo Podgórne, 20.04.2016r

Grzegorz Wasielewski  
Prezes Zarządu