



ALTER SA

ul. Pocztowa 13

PL 62-080 Tarnowo Podgórne

tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 061 8146-290, 061 8147-149

www.altersa.pl, e-mail: alter@altersa.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr WE/04/2009



Niniejszym deklaruję, że produkowany przez naszą firmę wyrób:

Nazwa wyrobu: **Głowica pomiarowa**

Typ: **MG-72**

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

- Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 1994r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U.05.263.2203),
- Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U.07.82.556),

oraz spełnia wymagania zawarte w poniższych normach:

- PN-EN 60079-0: 2006 (U)
- PN-EN 60079-11: 2007 (U)
- PN-EN 50104: 2006
- PN-EN 45544-1: 2004
- PN-EN 45544-2: 2004
- PN-EN 45544-3: 2004
- PN-EN 50271: 2005
- PN-EN 50270: 2007 (U)

Wyrób otrzymał certyfikat badania typu WE nr: **KDB 04ATEX297**, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453 (KD „Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów).

Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001: 2001, który, zgodnie z powiadomieniem o zapewnieniu jakości nr: **GIG 07ATEXQ001**, nadzorowany jest przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453.

Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało cechą:



II 2G Ex ia IIC T4



Tarnowo Podgórne, 25.09.2009r

Grzegorz Wasielewski
Prezes Zarządu